

## 2 THETA

### Analytical standards and equipment

2 THETA ASE s.r.o., P. S. 103, 737 01 Český Těšín, CZ, Tel/Fax: 558 732 122 / 224, 602 240 553  
E-mail: [2theta@2theta.cz](mailto:2theta@2theta.cz) [www.2theta.cz](http://www.2theta.cz)

## Čelistový laboratorní drtič BČD – 2

Laboratorní čelistový drtič je přístroj určený k drcení průmyslových tvrdých a polotvrdých materiálů se vstupním zrnem do průměru 80 mm a výstupním zrnem v rozmezí 1 - 21 mm. Materiál pracovních čelistí (čelisti z kalené nástrojové oceli) je volitelný podle typu a tvrdosti drceného materiálu. Zařízení se vyznačuje vysokou provozní spolehlivostí a jednoduchou obsluhou.



### Technické údaje :

- max. vstupní zrno	80 mm
- výstupní zrno	1 - 21 mm
- příkon	1,1 kW
- napájecí napětí	380 V, 50 Hz
- rozměry	350 x 700 x 750 mm
- hmotnost	140 kg