

2 THETA

Analytical standards and equipment

2 THETA ASE s.r.o.

Jasná 307, 735 62 Český Těšín, CZ

Tel-Fax: 558 732 122, 732 224, mobil: 602/381940

E-mail: 2theta@2theta.cz, firemní stránky: www.2theta.cz

Zákaloměry firmy EUTECH

	CyberScan TN 100	CyberScan TB 1000
	nefelometrické měření dle PN/ EN 7027	
Zdroj světla	Infračervené světlo IR-LED - 850 nm	Infračervené světlo IR-LED - 860 nm
Rozsah	0 ... 1000 NTU	
Rozlišení	0,01 NTU v rozsahu 0,00...19,99 0,1 NTU v rozsahu 20,0...99,9 1 NTU v rozsahu 100...1000	0,01 NTU v rozsahu 0,00...19,99 0,1 NTU v rozsahu 10,0...99,9 1 NTU v rozsahu 100...1000
Přesnost	± 2% měřené hodnoty nebo ± 0,01 NTU	
Opakovatelnost	± 1% měřené hodnoty nebo ± 0,01 NTU	
Kalibrace	automatická, 1-4bodová	automatická, 1-3bodová
Kyvety	kulaté, o průměru 25 mm, z borokřemičitého skla	kulaté, o průměru 27 mm
Funkce GLP	-	kontrola intervalu kalibrace, protokol o kalibraci
Čekání na odpověď	< 6 sekund	
Výstup dat	-	RS 232
Záruka	2 roky	

Kalibrační standardy jsou dodávány spolu s certifikáty výrobce – firmy EUTECH.

Zákaloměr TN 100



Zákaloměr TBDIR 1000

